

機器設備一覧

1. 中央材料部門 機器設備一覧

No.	部屋	機器名	型式	数量	想定運転回数 (1台当たり)
1	洗浄室	システム流し台(恒温槽仕様)	新規購入予定	3	頻回
2	洗浄室	自動ジェット洗浄機	新規購入予定	5	10回/日
3	洗浄室	減圧沸騰式洗浄機	新規購入予定	1	10回/日
4	洗浄室	超音波煮沸槽	新規購入予定	1	頻回
5	洗浄室	内視鏡消毒洗浄装置	新規購入予定	2	頻回
6	洗浄室	システム乾燥器	新規購入予定	1	常時
7	洗浄室	低温乾燥器 ^フ ロスパー	新規購入予定	1	頻回
8	洗浄室	恒温槽クリーンコンテナシステム	CCS-099(クリーンケミカル)	3	常時
9	組立室	短時間判定用生物学的モニタリングシステム	290(スリーエム)	1	1回/日
10	洗浄室	SU-Jet II スーパーソニック洗浄装置	新規購入予定	1	10回/日
11	組立室	高圧蒸気滅菌装置	新規購入予定	3	7回/日
12	組立室	小型蒸気滅菌装置	FC-810C(サクラ精機)	1	1回/日
13	組立室	低温プラズマ滅菌器(ダブルドア)	新規購入予定	1	5回/日
14	組立室	低温プラズマ滅菌器	ステラット ^ド 100NX(シジョンソソ&シジョンソソ)	1	2回/日
15	組立室	インキュベーター(ステラット ^ド 用)	新規購入予定	1	7回/日
16	組立室	システム乾燥器	新規購入予定	1	常時
17	組立室	エニバーサルテーブル	MOTION-1511(サクラ精機)	2	頻回
18	組立室	アテストオートリターゲーター (10本培養)	490(スリーエム)	1	1回/日

2. 内視鏡部門 機器設備一覧

No.	部屋	機器名	型式	数量	想定運転回数 (1台当たり)
1	洗浄室	内視鏡消毒洗浄装置	ENDO CLENS S(シジョンソソ&シジョンソソ)	3	30回/日
2	洗浄室	内視鏡消毒洗浄装置	新規購入のため未定	2	30回/日