

## 小牧市民病院中央材料室滅菌及び手術室看護補助業務委託プロポーザルに対する質問の回答

No.	項目	質問内容	回答	
1	業務実績 証明書 (様式3)	「件数」、「実績」	「件数」の数え方および「実績」の記入は、契約単位でしょうか。それとも病院単位でしょうか。Ex) 同一病院において、H25-27年度の3年契約後に、H28-30年度も契約を交わしている。①契約単位の場合:「件数」「実績」はそれぞれ2件と記入②病院単位の場合:「件数」「実績」はそれぞれ1件と記入	病院単位で記入してください。(例②のとおり)
2	仕様書	P5Ⅱ 業務内容 1-(2)・(3)	借用器材・インプラントの受付業務に関してですが、受付場所はどちらを予定されてますでしょうか。また、検品は全て搬入業者と対面チェックでしょうか。チェックに当たりバーコード読み取りなどシステムを導入予定でしょうか。	新病院棟3階中央材料部門内の検収室及び新病院棟4階手術部門内を想定していますが、詳細については準備期間内に発注者と協議の上決定していただきます。また、検品は原則搬入業者との対面チェックを想定しています。現時点ではシステム導入の予定はありません。
3	仕様書	P9 9院外滅菌物の処理 (2)-ウ	EOG滅菌器材の供給タイミングが「搬出日から3日後」となっていますが、通常では2日後の納品可能ですが間違いないでしょうか。	3日以内の誤りです。変更後の仕様書をご覧ください。
4	仕様書	P11 ウ 周辺業務 ⑩	HEPAフィルター交換とありますが、プレフィルターの交換ではないでしょうか。HEPAフィルター交換ですと、作業時に空調を止めるなど工事が必要となり、祝日・夜間(手術室非稼働日)の作業になります。また、費用も数百万発生しますが、その場合の費用は本プロポ上限金額に含まれるのでしょうか。	仕様書の誤りです。HEPAフィルター及びプレフィルターの交換は本業務委託の範囲に含みません。変更後の仕様書をご覧ください。
5	仕様書	P13 15開院準備業務	開院準備業務とは、引越し作業は含まれますか。	引越し作業は含みません。
6	仕様書	P13 Ⅲ必須事項 1-(1)-ア・イ	管理責任者の要件として、ア・イの両方の資格が必要でしょうか。	仕様書どおり両方の資格が必要です。

No.	項目		質問内容	回答
7	仕様書	P14 2業務管理(1)	標準作業書の作成にあたって、「医療関連サービスマーク認定基準をみたす」とありますが、会社として医療関連サービスマーク(“院内滅菌消毒業務”及び“院外滅菌消毒業務”)共に取得している必要はありますか。	医療関連サービスマークの取得を必須条件とはしておりませんが、仕様書通り認定基準を満たした標準作業書を常備し従事者へ周知してください。また、従事者へは同等以上の教育・研修を実施してください。
8	実施要領	P2 3業者選定方法 (3)-エ	「プレゼンテーションは従業員実績調書(様式5)に記載された配置予定管理責任者が行うこと」とありますが、質疑応答を含め出席者5名が共同で行うことは可能でしょうか。	出席者は5名以内とし、必ず管理責任者も同席してください。共同でプレゼンテーションを行うことは認めますが、質疑応答は全て管理責任者が行ってください。
9	実施要領	P3 (1)提出書類 エ	納税証明書の提出は、原本でなくコピーでも可能でしょうか。	納税証明書は、鮮明であれば写しでの提出も認めます。